Утверждаю
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации

м.п. _____ М.А. Якутова
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ RA.RU.310663

от «20» марта 2015 г.

на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний им. Б. А. Дубовикова в Саратовской области»
наименование юридического лица

ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б. А. Дубовикова»

410065, г. Саратов, ул. Тверская, 51А
адрес места осуществления деятельности

Испытания средств измерений в целях утверждения типа

N п/п	Вид измерений	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения	
			Диапазон измерений	Погрешность
1	2	3	4	5
1	**Измерения геометрических величин**	Курвиметры для дорожных измерений	(0 - 10000) м	ПГ ± (0,005·L + 0,01) м
2	**Измерения геометрических величин**	Измерители коэффициента сцепления портативные	(0,1 - 0,7)	ПГ ± 0,05
3	**Измерения механических величин**	Машины испытательные, прессы и установки	(50 - $2 \cdot 10^6$) Н	ПГ ± (0,5 - 1) %
4	**Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ**	Автоцистерны	(1000 - 50000) $дм^3$	ПГ ± 0,4 %
5	**Измерения физико-химического состава и свойств веществ**	Средства измерений удельной электрической проводимости жидкостей	($1 \cdot 10^{-4}$ - 100) См/м	ПГ ± (0,2 - 10) %

6	**Измерения физико-химического состава и свойств веществ**	Газоанализаторы метана и монооксида углерода	CH_4 (0 - 50) % НКПР CH_4 (50 - 100) % НКПР CO (0 - 20) мг/м^3 CO (20 - 150) мг/м^3	ПГ ± 5 % НКПР ПГ ± 10 % НКПР ПГ ± 5 мг/м^3 ПГ ± 25 %
7	**Измерения физико-химического состава и свойств веществ**	Солемеры нефти автоматические лабораторные	(0 - 2000) мг/дм^3	ПГ ± (1,5 - 80) мг/дм^3
8	**Измерения электрических и магнитных величин**	Системы автоматизированные коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ)	(0,5 - 10000) А/ 1 А, 5 А 50 Гц (3 - 36) кВ/ (100:√3; 100) В, 50 Гц	ПГ ± (0,5 - 10) %
9	**Измерения электрических и магнитных величин**	Измерительные каналы, контрольно-измерительные системы	(0 - 300) В, 50 Гц (0 - 25) мА (0 - 5) А, 50 Гц (0 - 5000) Ом [(минус 10) - 100] мВ ($1\cdot10^{-1}$ - $2\cdot10^{4}$) Гц	ПГ ± 0,06 % ПГ ± 0,01 мА ПГ ± (0,5 - 3) % ПГ ± (0,1 - 5) % ПГ ± (0,1 - 3) % ПГ ± 0,1 %

Заместитель директора _____ М.М. Белозерских

Пошито, пронумеровано и скреплено печатью 2 листов

Федеральная служба по аккредитации • Росаккредитация • ОГРН 5117746026756

Управление аккредитации