ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации метрологии и испытаний им. Б.А. Дубовикова в Саратовской области»

наименование

RA.RU.311232

Номер в реестре аккредитованных лиц

1. **410076, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., дом 42.**

адреса мест осуществления деятельности

2. **413442, РОССИЯ, Саратовская область, район Дергачевский, рабочий поселок Дергачи, улица Элеваторная, здание 24.**

адреса мест осуществления деятельности

3. **410003, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица Кооперативная, дом 100, оф. 2.**

адреса мест осуществления деятельности

4. **413800, РОССИЯ, Саратовская область, город Балаково, улица Набережная 50 лет ВЛКСМ, дом 22.**

адреса мест осуществления деятельности

5. **412315, РОССИЯ, Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, дом 118.**

адреса мест осуществления деятельности

6. **412310, РОССИЯ, Саратовская область, город Балашов, улица Автомобилистов, дом 6.**

адреса мест осуществления деятельности

7. РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица Тверская, дом 51а .

адреса мест осуществления деятельности

410076, РОССИЯ, Саратовская область, город Саратов, улица им Чернышевского Н.Г., дом 42.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Цистерны автомобильные ;	(1,0 - 60) м3	Погрешность: ПГ ± 0,4 %;	-
2.2.	Автоцистерны для пищевых жидкостей ;	(1,0 - 60) м3	Погрешность: ПГ ± 0,5 %;	-

413442, РОССИЯ, Саратовская область, район Дергачевский, рабочий поселок Дергачи, улица Элеваторная, здание 24.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Автоцистерны для пищевых жидкостей ;	(1,0 - 40) м3	Погрешность: ПГ ± 0,5 %;	-
2.2.	Цистерны автомобильные ;	(1,0 - 40) м3	Погрешность: ПГ ± 0,4 %;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ ; Газоанализаторы двух−трех горючих компонентов в воздухе (CH4, CO) ;	CH4 (5 - 50) % CO (0 - 1000) мг/м3	Погрешность: ПГ ± 5 % НКПР ПГ ± 5 %;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Измерения геометрических величин ; Меры длины концевые ;	(100,1 - 150) мм	Погрешность: 4 разряд ПГ ± (0,2 + 2×L) мкм;	-
2.2.	Измерения геометрических величин ; Меры длины концевые ;	(100,1 - 150) мм	Погрешность: КТ 4, 5 ПГ ± (2 - 10) мкм;	-
2.3.	Измерения геометрических величин ; Рулетки измерительные КТ 2; 3 ;	до 50 м	Погрешность: ПГ ± (10 + 10×L) мкм;	-
2.4.	Измерения геометрических величин ; Нутромеры КТ 1; 2 ;	(3 - 260) мм	Погрешность: ПГ (3 - 15) мм;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2.5.	Измерения геометрических величин ; Шаблоны резьбовые и радиусные ;	(1 - 25) мм	Погрешность: ПГ ± (20 - 40) мкм;	-
2.6.	Измерения геометрических величин ; Плиты поверочные ;	(160×1600) мм	Погрешность: КТ 0;	-
2.7.	Измерения геометрических величин ; Угольники поверочные 90° всех типов ;	(1000,1 - 1600) мм	Погрешность: КТ 1; 2;	-
2.8.	Измерения геометрических величин ; Диафрагмы ;	Ø (12,5 - 300) мм	Погрешность: ПГ ± (0,07 % от d20);	-
2.9.	Измерения механических величин ; Весы эталонные ;	(1 - 20) г	Погрешность: 1 разряд 2 разряд ПГ ± (0,5 - 3) е;	-
2.10.	Измерения механических величин ; Весы эталонные ;	(1 - 20) г	Погрешность: 3 разряд 4 разряд ПГ ± (0,5 - 3) е;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2.11.	Измерения механических величин ; Весы ;	(1 - 20) г	Погрешность: КТ 1; 2 ПГ ± (0,5 - 3) е;	-
2.12.	Измерения механических величин ; Весы эталонные ;	$(5•10^{-2}$ - 1) кг	Погрешность: 1 разряд 2 разряд ПГ ± (0,5 - 3) е;	-
2.13.	Измерения механических величин ; Весы эталонные ;	$(5•10^{-2}$ - 1) кг	Погрешность: 3 разряд 4 разряд ПГ ± (0,5 - 3) е;	-
2.14.	Измерения механических величин ; Весы эталонные ;	(1 - 50) кг	Погрешность: 3 разряд 4 разряд ПГ ± (0,5 - 3) е;	-
2.15.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Кружки мерные, колбы, цилиндры, мензурки ;	(2•10-8 - 1•10-3) $м^3$	Погрешность: ПГ ± (0,02 - 2) %;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2.16.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Измерительные комплексы с сужающими устройствами ;	DN (50 - 1000) перепад давления (0,006 - 0,250) МПа; абс. давление (0,1 - 6,0) МПа; изб. давление (0,1 - 60,0) МПа; температура (73,15 - 673,15) К	Погрешность: ПГ ± (3 - 5) %;	-

412315, РОССИЯ, Саратовская область, город Балашов, улица Ленина, дом 118.

адреса мест осуществления деятельности

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Теплофизические и температурные измерения ; Термометры стеклянные ;	(473,15 - 573,15) К	Погрешность: ПГ ± (0,5 - 3) К;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Счетчики объемного расхода газов, ротаметры ;	(0,016 - 65) м³/ч (4,4•10-6 - 1,8 10-2) м3/с	Погрешность: ПГ± (1 - 5) %;	-
2.2.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Комплексы для измерения количества газа ;	(0,016 - 65) м³/ч (4,4•10-6 - 1,8 10-2) м3/с	Погрешность: ПГ± (1 - 5) %;	-
2.3.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ ; Корректоры газа ;	ДИ по абсолютному давлению (0,05 - 7) МПа; по температуре (253,15 - 333,15) К; по перепаду давления (0 - 1000) кПа	Погрешность: ПГ ± 0,4 %;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2.4.	Газоанализаторы одного углеводорода в воздухе СН4 Газоанализаторы двух - трех горючих компонентов в воздухе (СН4, СО) ;	СН4 (5 - 50) % НКПР СО (0 - 150) мг/м³	Погрешность: ПГ ± 5 % ПГ ± 25 %;	-
2.5.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ ; Газоанализаторы одного негорючего компонента СО ;	(0 - 150) мг/м³	Погрешность: ПГ ± 25%;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2. Поверка средств измерений				
2.1.	Измерения геометрических величин ; Меры длины штриховые (тип II Б) ;	(0 - 200) мм	Погрешность: 2 разряд ПГ ± (0,2 + 0,5×L) мкм ;	-
2.2.	Измерения геометрических величин ; Шкалы с перекрестием ШК2 ;	(25×25) мм	Погрешность: ПГ ± 0,002 мм;	-
2.3.	Измерения геометрических величин ; Шаблоны резьбовые и радиусные ;	(1 - 25) мм	Погрешность: ПГ ± (20 - 40) мкм;	-
2.4.	Измерения геометрических величин ; Линейки поверочные типов ШМ и УТ ;	L (0,25 - 1,6) м Н (2 - 25) мкм	Погрешность: разряд 3;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
2.5.	Измерения геометрических величин ; Линейки поверочные типов ШП и ШД ;	L (0,25 - 1,0) м Н (2 - 25) мкм	Погрешность: разряд 3;	-
2.6.	Измерения геометрических величин ; Линейки поверочные лекальные типов ЛТ, ЛЧ, ЛД ;	L (50 - 500) мм Н (0,6 - 3) мкм	Погрешность: КТ 2;	-
2.7.	Измерения геометрических величин ; Плиты поверочные ;	(400×1600) мм	Погрешность: КТ 0; 1;	-
2.8.	Измерения геометрических величин ; Меры плоского угла многогранные, тип 4 ;	(0 - 360)°	Погрешность: КТ 2 ПГ ± 15”;	-
2.9.	Установки грузокольцевые ;	(0 - 0,25) м3/ч (0,25 - 1,6) м3/ч	Погрешность: ПГ ± 0,5 % ПГ ± 0,5 %;	-
2.10.	Измерения электротехнических и магнитных величин	(1•10-6 - 1) мА	Погрешность: ПГ ± (0,05 - 3) %;	-

N П/П	ВИД ИЗМЕРЕНИЙ/ГРУППА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ	МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПРИМЕЧАНИЕ
		ДИАПАЗОН	ПОГРЕШНОСТЬ (НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КЛАСС, РАЗРЯД)	
	; Усилители и амперметры электрометрические ;			
2.11.	Измерения электротехнических и магнитных величин ; Амперметры постоянного тока ;	(1•10-7 - 50) А	Погрешность: КТ 0,05;	-
2.12.	Измерения электротехнических и магнитных величин ; Шунты многопредельные ;	(0,01 - 10) А	Погрешность: КТ 0,005;	-
2.13.	Измерения электротехнических и магнитных величин ; Делители напряжения постоянного тока ;	(10 - 1000) В 10:1; 100:1; 1000:1	Погрешность: КТ 0,0002;	-

Подписано электронной подписью

должность уполномоченного лица | подпись уполномоченного лица | инициалы, фамилия уполномоченного лица